

ホルダーボックス

【警告】

- ・操作者及び介添者のX線被ばくを低減すること。X線への最適な防護手段をとること。
- ・本装置使用中は、被検者と装置を観察し、異常を認めた場合はすぐに撮影、装置の使用を中断すること。
- ・トラブルが発生した時の点検・修理は、専門の業者に依頼すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

(1) 標準


ホルダーボックス

(2) オプション

ホルダーボックス取付金具

ホルダーボックス支持支柱

(3) 外観



2. 寸法及び質量

外形寸法 : 553(幅) 610(高さ) 129(奥行)mm

質量 : 23kg

3. 作動・動作原理

本装置はX線診断装置用として平面画像の診断撮影の際に、被検者の体位を調整・保持します。

4. 搭載可能な機器(代表例)

X線平面検出器出力読取り式デジタルラジオグラフ

デジタルラジオグラフィ CXDI-401D Wireless

【使用目的、効能又は効果】

X線画像診断を対象とするX線撮影に際して、被検者の体位保持・調整をおこなうボックスです。

【使用方法等】

1. 使用環境条件

温度(室温) : 10℃～35℃

湿度 : 30%～75% (結露しないこと)

2. 使用方法

(1) 使用前の作業

- 2) デジタルラジオグラフィの電源を入れ、ホルダーボックスに搭載する

デジタルラジオグラフィの取扱説明書を参照してください。

(2) 撮影

- 1) 組合せX線発生装置により撮影する

(3) 使用後の作業

- 1) デジタルラジオグラフィの電源を切り、ホルダーボックスから取り出す

【使用上の注意】

- ・指定の機器、付属品、オプション以外は、装置に使用しないこと。
- ・装置を使用の際は、設置環境、使用環境を守ること。
- ・引火性のアルコール、ベンジン、シンナーなどは、製品付近での使用および清掃で使用しないこと。
- ・装置に異常や故障が発見された場合は、点検・修理を専門の業者に依頼し、修理が完了するまで装置を使用しないこと。
- ・装置を使用の際は、手足を挟むことがないように十分注意すること。
- ・製品の清掃の際は、各装置電源を切り電源プラグを抜くこと。

[高齢者への適用]

- ・高齢者に使用する場合は、必要に応じて介添者を付けること。

[妊婦、産婦、授乳婦への適用]

- ・妊娠や妊娠の疑いのある被検者、および授乳中の被検者に使用する場合は、医師の指示のもとで慎重におこなうこと。

[小児への適用]

- ・本装置は、対象ではありません。

[その他の注意事項]

- ・異常音、異臭、加熱などの異常が生じた際は、直ちに装置の電源を切り、サービスマンに連絡すること。
- ・装置を廃棄する際は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処理すること。

この他にも、装置を使用するにあたっての注意事項が取扱説明書に記載してあります。装置を使用する前に必ずお読みください。

【有効期限等】

有効使用期限：指定された保守点検を実施の場合 7年

ただし、使用状態により変化するため、個別に定める場合はこれを優先します。

なお、有効期限内においても次の部品は交換が必要です。

- 1) 定期交換部品
- 2) 故障部品

また、装置を構成する部品の中にはモデルチェンジの周期が早い一般市販部品があり、有効期限内であってもサービスパーツを供給で

取扱説明書を必ずご参照下さい。

きない場合があります。

【保守・点検に係る事項】

保守点検には「日常点検」と「年次点検」があります。

1. 日常点検

「日常点検」を実施してください。

詳しくは、取扱説明書の「日常点検と保守」を参照してください。

2. 年次点検

「年次点検」をおこなってください。

専門技術が必要です。専門の業者に依頼してください。

3. 清掃

清掃をおこなう際は、取扱説明書「日常点検と保守」を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：北斗精機株式会社

住 所：983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 4-6-3

電話番号：022(232)6211

製造業者：北斗精機株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい。